

# Zertifikat

Nr.: Z1 03 03 22430 008



Alu Rehab AS

Bedriftsveien 15  
4313 Sandnes  
Norwegen

mit der(n) Fertigungsstätte(n)  
22430

ist berechtigt, nachfolgend genanntes Produkt mit dem Zeichen  
**TÜV Mark P**  
zu kennzeichnen. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Produkt:** Rollstühle für Behinderte  
Wheelchair for handicapped

**Modell:** Greifreifenrollstuhl Typ: Netti III

Kenndaten:	Sitzbreite:	500 mm
	Sitztiefe:	460 mm
	max. Breite:	740 mm
	Rahmenmaterial:	Aluminium, Stahl
	Bereifung vorne:	170 mm (Vollgummi)
	Bereifung hinten:	24" (pannensicher)
	Bremssystem:	Kniehebelbremsen
max. Belastung:	125 kg	

Das oben genannte Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der folgenden grundlegenden Anforderungen geprüft:

EN 12183:1999  
TPS PPP 31010:2000

Bericht Nr.: 04610061665, E - (Z1 00 10 36200 001)

Freigegeben mit der obigen Zertifikatsnummer durch die  
Zertifizierungsstelle von TÜV PRODUCT SERVICE GMBH.

Abteilung: HANMED5 / me  
Datum: 04.03.2003

